

PETITES CENTRIFUGEUSES

- HAEMATOKRIT 200

DÉTERMINATION DE L'HÉMATOCRITE EN SEULEMENT 7 MINUTES

L'HAEMATOKRIT 200 est une centrifugeuse compacte et performante, utilisée pour déterminer le pourcentage du volume occupé par les érythrocytes dans le sang. Elle traite jusqu'à 24 tubes capillaires par cycle à une ACR maximale de 16.060 et met moins de sept minutes pour concentrer au maximum les cellules.

Le couvercle du rotor, qui sert aussi de disque de lecture, permet de lire facilement l'hématocrite déterminé après la sédimentation.



AVANTAGES

- RPM: 200 13.000 min⁻¹
 Réglable jusqu'à 10.000 par pas de 10,
 à ce sujet par pas de 100
- ACR max.: 16.060
- Capacité max.: 24 capillaires
- Centrifugeuse hématocrite compacte
- Conforme IVD selon la norme 98/79/EC
- Niveau sonore max de ≤ 56 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte
- 2 rampes d'accélérations et de freinages
- Programmation facile par clavier numérique

BÉNÉFICES

- Couvercle métalliques
- Oeilleton de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle à une main
- Sûreté anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en métal
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Surveillance des balourds
- Affichage rétroéclairé des différents paramètres de centrifugation
- 2 messages réglables en fin de process de centrifugation (visuel et sonore)



DONNÉES TECHNIQUES

LIA	EN/	AT	OK	DIT	200
ПА		AII	UN	RII	ZUU

	TIALMATORITI 200
Tension *)	200 – 240 V 1 ~
Fréquence	50 - 60 Hz
Charge de connexion	270 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	24 capillaires
RPM max.	13.000 min ⁻¹
ACR max.	16.060
Dureé	1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
Dimensions (LxPxH)	261 x 353 x 228 mm
Poids	ca. 10 kg
Niveau sonore max.	≤ 56 dB (A)
Réf.	1801
100 – 127 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	1801-01
Émission, Immunité	FCC classe B

^{*)} Autres tensions disponibles sur demande.

VUE D'ENSEMBLE DES ROTOR





Capillaires simple	
max. RCF 2)	16.060
Rayon en mm	85
Réf.	-
+	
Nacelles	
Orifice Ø x L en mm	-
Capillaires par rotor	24
Réf.	-

COQUES DE REMBOURRAGE

Le différentes coupelles collectrices disposées dams le rotor 2076 peuvent être facilement nettoyées en cas de fuite des tubes capillaires et changées en cas de bris de verre.



²⁾ Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.



CERTIFICATIONS / ENREGISTREMENTS



Certification des produits : | Enregistrement des produits : | Certifications des entreprises :







DOWNLOADS

\downarrow	Mode d'emploi – HAEMATOKRIT 200
\downarrow	Catalogue General

- DIMENSIONS





